



DÉTERGENT PRÉ-DÉSINFECTANT DE INSTRUMENTATION

Anios'Clean Excel D

NETTOYANT PRÉ-DÉSINFECTANT DES INSTRUMENTS

- Formule brevetée
- Combinaison innovante de principes actifs en synergie
- Non corrosif, compatible avec une large gamme de matériaux
- Convient pour les bains à ultrasons
- Compatible avec les instruments robotiques da Vinci




Anios'Clean Excel D

Nettoyant pré-désinfectant des instruments

DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

- Solution limpide bleue
- pH du produit concentré : min 6,5 - max 7,5
- pH après dilution (0,5%) en eau du réseau : 7,4
- pH après dilution (0,5%) en eau adoucie : 7,6
- pH après dilution (0,5%) en eau déminéralisée : 6,6


MODE D'EMPLOI




Solution concentrée.
Amorcez la pompe
associée avant la
première utilisation.
S'utilise en trempage à
la dilution requise, en
respectant un temps de
contact minimum
de 5 min.



Immerger totalement
le dispositif médical.
Garder le bain de
trempage couvert
pendant le temps de
contact. Brosser si
présence de souillures
apparentes.



Rincer abondamment
les dispositifs médicaux
traités à l'eau de réseau
pour éliminer toute
trace de produit et
souillure organique.



Remplacer la solution
dès que celle-ci est
visiblement souillée et
au minimum une fois
par jour pour maintenir
l'efficacité du produit.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

ACTIVITÉ/CONDITIONS	CONCENTRATION	TEMPS DE CONTACT
Bactéricide* selon EN 13727/EN 14561	0,5%	5 min
Levuricide* selon EN 13624/EN 14562	0,5%	15 min
Tuberculocide* selon EN 14348/EN 14563	2,0%	60 min
Actif sur les virus enveloppés selon EN 14476/EN 17111	0,5%	15 min
Actif sur Polyomavirus SV40* selon EN 14476/EN 17111	2,0%	60 min

*=conditions de saleté

INFORMATION

PRODUIT	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Anios'Clean Excel D	200 doses de 25 ml	2416097FG
Anios'Clean Excel D	12 flacons doseurs de 1 L	2416095UG
Anios'Clean Excel D	4 bidons de 5 L avec pompe de 25 ml	2416036UG
Anios'Clean Excel D	2 bidons de 5 L pour DG3	2416038UG



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribué par :

LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

INDICATIONS

Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux : instruments chirurgicaux et médicaux, instruments thermosensibles et matériel d'endoscopie, avant stérilisation.

MODE D'EMPLOI

1. Solution concentrée. Amorcez la pompe associée avant la première utilisation. S'utilise en trempage à la dilution requise, en respectant un temps de contact minimum de 5 min.
2. Immerger totalement le dispositif médical. Garder le bain de trempage couvert pendant le temps de contact. Brosser si présence de souillures apparentes.
3. Rincer abondamment les dispositifs médicaux traités à l'eau de réseau pour éliminer toute trace de produit et souillure organique.
4. Remplacer la solution dès que celle-ci est visiblement souillée et au minimum une fois par jour pour maintenir l'efficacité du produit.

COMPOSITION

Chlorure de didécyldiméthylammonium, digluconate de chlorhexidine, tensioactifs non ioniques, parfum, colorant, excipients.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques).

Stockage : entre +5°C et +25°C.

CERTIFICATS

Dispositif médical. L'ensemble des activités antimicrobiennes d'Anios'Clean Excel D est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur demande.

POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SECURITE DES DISPOSITIFS MEDICAUX

Merci de consulter l'étiquette et les informations du produit.



USAGE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS.



www.anios.com